Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias S. A. U.
GISPASA

Avda. Julian Claveria s/n
HUCA-Edif. Polivalente A
33006 Oviedo

T. 985 21 02 76
F. 985 21 07 64

correo@gispasa.info

Procedimiento de Licitación PA81-13 Suministro y puesta en Servicio de equipamiento diverso para Quirófanos, Gabinetes y Salas Especiales del nuevo Hospital Vital Álvarez Buylla de Mieres.

RESULTADOS SOBRE 2. APERTURA SOBRES 3 y 4.

1. La Mesa de Contratación, en su reunión de 10 de febrero de 2015, y en Acto Público, dio lectura del resultado de la Baremación relativo al SOBRE Nº 2 – PROPOSICIÓN TÉCNICA – ASPECTOS CUALITATIVOS del procedimiento de licitación arriba referenciado:

LOTE 1 - CABINA PLETISMOGRÁFICA

TECNOMÉDICA ASTUR SL	HANS E RUTH	HOSPITAL HISPANIA
21,5	50	60

La empresa Tecnomédica Astur queda excluida por no superar el umbral de 23 puntos.

LOTE 2 - LÁMPARA DE FOTOTERAPIA

BEMASCÉ	DRAGER	GE
37	11	49

Queda excluida la empresa Drager por no superar el umbral de 23 puntos.

LOTE 3 - MONITOR DE CONSTANTES

Queda excluida la empresa PHILIPS IBÉRICA por no cumplir las características mínimas requeridas (la información facilitada no especifica el rango y precisión de medición de SpO2, ni los rangos de medición y precisión de frecuencia cardiaca, ni especifica el tipo de sensores reutilizables o desechables).

TECNOMÉDICA ASTUR	DRAGER	LABOLISER	GE	INSANEX	DEXTRO MÉDICA

Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias S. A. U.
GISPASA

Avda. Julian Claveria s/n
HUCA-Edif. Polivalente A
33006 Oviedo

T. 985 21 02 76
F. 985 21 07 64

correo@gispasa.info

27,75	26,00	27,50	29,50	32,5	34,00

LOTE 4.- EQUIPO DE ISQUEMIA

Queda excluida la empresa **ZIMMER** por el siguiente motivo**:** En la documentación del equipo presentado en el manual de instrucciones del equipo ATS 1200, en la página 3, se indica que el tiempo de descarga de la batería permite que la unidad funcione durante 45 minutos mínimo con una batería completamente cargada (“**Battery Discharge Time:** Unit will operate on battery power for 45 minutes minimum with a fully charged battery”) incumpliendo la característica mínima requerida en la que se indica “dispondrá de batería interna de duración mínima de 4 horas”.

MÉDICAL SOREVAN
11,00
2,50
13,50

La empresa Medical Sorevan queda asimismo excluida por no superar el umbral mínimo de 23 puntos quedando este lote desierto.

LOTE 5.- BILIRRUBINÓMETRO CUTÁNEO

TECNOMÉDICA ASTUR	DRAGER	NORMOMEDIC
25	45,00	26,25

LOTE 6.- CUNA TÉRMICA ALTAS PRESTACIONES

De esta comprobación, la empresa **BEMASCÉ** queda excluidas por no presentar prototipo

DRAGER	GE
15,00	31,50

Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias S. A. U.
GISPASA
Avda. Julian Claveria s/n
HUCA-Edif. Polivalente A
33006 Oviedo
T. 985 21 02 76
F. 985 21 07 64
correo@gispasa.info

2,50	5,00
17,50	36,50

La empresa Drager queda animismo excluída por no superar el umbral mínimo de 23 puntos

LOTE 7- ELECTROBISTURÍ QUIRÚRGICO

Se desiste de este lote por razones de interés público manifestadas desde la Gerencia del Hospital

LOTE 8.- BISTURÍ ARMÓNICO

Se desiste de este lote por razones de interés público manifestadas desde la Gerencia del Hospital

LOTE 9 ESPIRÓMETROS

HANS E RUTH
60

LOTE 10 LÁMPARAS DE EXPLORACIÓN

Las siguientes empresas quedan excluidas por no cumplir las condiciones mínimas del PPT, a saber:

HANS E. RUTH SA: En la oferta presentada en el sublote 1 no cumple con la temperatura de color 4.200 y en el sublote 2 no cumple con la temperatura de color 4.200.

ASVAMEDIC: En la oferta presentada en el sublote 1 no cumple con la temperatura de color 4.000 y en el sublote 2 no cumple con la temperatura de color 4.000.

DRAGER	MATACHANA	MAQUET
39,00	57,00	30,50

Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias S. A. U.
GISPASA

Avda. Julian Claveria s/n
HUCA-Edif. Polivalente A
33006 Oviedo

T. 985 21 02 76
F. 985 21 07 64

correo@gispasa.info

LOTE 11- ACONDICIONAMIENTO HABITACIÓN DE NEUROFISILOGÍA

No se presenta ninguna empresa, por lo que este lote queda desierto

LOTE 12.- EQUIPO DIAGNÓSTICO DE PARED

HANS E RUTH	NORMEDAN
35,50	47,00

LOTE 13.- MOTORES QUIRÚRGICOS

SYNTHES	STRYKER	SURG&MEDIC	ZIMMER
33,00	24,50	35,00	15,00
2,50	5,00	5,00	2,50
35,50	29,50	40,00	17,50

La empresa Zimmer no supera el umbral de 23 puntos por lo que queda excluida.

LOTE 14.- EQUIPO DE ERGOMETRÍA

Las siguientes empresas quedan excluidas por no cumplir las condiciones mínimas del PPT, a saber:

SHILLER: En la documentación del equipo presentado en las características del tapiz especifica que la superficie útil para caminar es de 153 largo x 51 ancho, siendo la superficie útil para caminar de un mínimo de 56 x 160 cm. la especificada en el PPT.

HANS E RUTH: En la documentación del equipo presentado en las características del tapiz especifica que la superficie útil para caminar es de 150 cm. x 50 cm., siendo la superficie útil para caminar de un mínimo de 56 x 160 cm. la especificada en el PPT.

DEXTROMEDICA: En la documentación del equipo presentado en la página 12 del apartado 14 A especifica que no dispone de DICOM, apareciendo expresamente indicado en el ppt “el sistema debe tener capacidad de listas de trabajo bidireccionales de modalidad DICOM”.

Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias S. A. U.
GISPASA

Avda. Julian Claveria s/n
HUCA-Edif. Polivalente A
33006 Oviedo

T. 985 21 02 76
F. 985 21 07 64

correo@gispasa.info

HOSPITAL HISPANIA: En la documentación del equipo presentado en las características del tapiz especifica que la superficie útil de trabajo es de 150 cm x 50 cm, construida en material de baja fricción, siendo la superficie útil para caminar de un mínimo de 56 x 160 cm. la especificada en el PPT..

General Eléctric
31

LOTE 15.- DESFIBRILADORES

Las siguientes empresas quedan excluidas por no cumplir las condiciones mínimas del PPT, a saber:

BIOMED: En la documentación del equipo presentado en el sublote 15.1 indica que proporciona una forma de la onda rectilínea bifásica siendo la forma de onda especificada en el PPT exponencial bifásica.
No indica el tiempo desde inicio de análisis a indicar descarga.
Aunque indican dispone de la capacidad de transferencia y almacenamiento USB, que permite transferencia inmediata sin sacar el AED del terreno y la recogida de datos integrada de visión total y completa de un paciente (prehospitalario, traslado y hospitalización) en una única ubicación para mejorar la calidad de la asistencia no indica que incluya en la oferta el software necesario para poder realizar las funciones indicadas (Rescue Net).
No se encuentra entre la documentación aportada en la oferta que incluyan el maletín de transporte.
Indican en la documentación proporcionada que aporta 2 electrodos multifunción STAT PADZ II, HVP Gel, ADULTO y 1 electrodo multifunción PEDI PADZ II, HVP Gel, PEDIÁTRICO, por lo revisado en la documentación aportada del equipo estos electrodos no proporcionan la ayuda real a la RCP, son los modelos CPR STAT PADZ CPR o ELECTRODO CPR-D de una pieza, ambos modelos sólo indicados en adultos, los que realizan esta función.

INSANEX: En la documentación del equipo presentado en el sublote 15.1. no aportan información sobre si el equipo se adapta a la impedancia del pecho del paciente.
Presentan en la oferta el equipo modelo POWERHEART AED G3 Plus 9390A (versión totalmente automática) y el 9390E (versión semiautomática) careciendo ambos del modo de paso a uso manual, tal y como se especifica en el PPT.
En la oferta sólo indica que incluye un par de electrodos, siendo dos los pares para adulto y un par pediátrico lo especificado en el PPT.
No especifica que el equipo pueda ser utilizado en pacientes adultos y pediátricos.
Los modelos presentados de equipos POWERHEART AED G3 Plus (9390A, versión totalmente automática, y el 9390E, versión semiautomática) carecen de pantalla. Indican expresamente en la documentación aportada “visualización en pantalla de texto de los avisos para el rescate para guiar al usuario así como la información adicional crítica para el rescate para los responsables de emergencias”, “Muestra indicaciones de rescate para guiar al usuario a través del proceso de rescate así

Avda. Julian Claveria s/n
HUCA-Edif. Polivalente A
33006 Oviedo

T. 985 21 02 76
F. 985 21 07 64

correo@gispasa.info

como información crítica para el rescate para suministrar a los paramédicos", "Indicador de listo para el rescate (Rescue Ready)", "indicador del estado de la batería (SmartGauge)", "indicador de servicio", "indicador de electrodos", "pantalla de texto", pero a continuación especifica que "La visualización del ECG no es posible en el equipo, sino la reproducción es visible por medio de la utilización del sofware Rescuelink® en PC". Es otro modelo de la casa, el POWERHEART AED G3 Pro, el dotado de Pantalla de ECG a color, anulación manual y sistema de monitoreo ECG de 3 derivaciones).
No se encuentra entre la documentación aportada que el equipo disponga de un sellado de categoría al menos IP54 según la norma IEC60529 en vigor, tal y como se especifica en el PPT.
No se encuentra esta información en la documentación técnica que incluyan maletín de transporte y que éste cumpla con los requerimientos especificados.
No incluye entre la documentación presentada que cumpla con la capacidad de la batería, que debe permitir administrar al menos 300 choques a energía máxima o 12 horas de encendido continuado.
En la documentación presentada aunque se indica que la garantía de los equipos es de 7 años la de la batería es de 4, no alcanzando los 5 requeridos en el PPT.

OSATU: En la documentación del equipo presentado en el sublote 15.1 se indica que el equipo dispone de resistencia al agua IPX5, pero no al polvo, no cumpliendo la necesidad de un sellado al menos IP54 según la norma IEC60529 en vigor, según se especifica en el PPT.
No cumple con la característica mínima especificada en el PPT que indica que la capacidad de la batería debe permitir administrar al menos 300 choques a energía máxima o 12 horas de encendido continuado, indicando en la documentación en el apartado "ESPECIFICACONES Y CARACTERÍSTICAS" que el equipo presentado dispone de una batería desechable de LiSO2 capacidad de 200 descargas a 360J y más de 340 minutos de monitorización de ECG, y en el apartado " Descripción más exhaustiva del Mod. Reabinex-300" que la capacidad de una batería nueva realizando descargas a 200 Julios es de 250 descargas de forma consecutiva y monitorizando el equipo en pantalla nos permite más de 7 horas, incumpliendo de todos modos la características técnica mínima explicitada en el PPT.

NIKON KOHDEN: En la documentación del equipo presentado en el sublote 15.1 no aporta información sobre si se adapta a la impedancia del pecho del paciente. Especifica en la documentación presentada que el equipo da indicaciones de uso y guía por voz no explicitando el idioma en castellano. Pantalla en la que se visualiza indicaciones de RCP por medio de imagen y textos.
En la documentación aportada no se demuestra el manejo intuitivo del equipo, no puede objetivarse ni en el texto ni en las imágenes aportadas en la documentación. Las imágenes mostradas en pantalla no pueden considerarse de buena calidad, aunque la pantalla cumple con el tamaño de 3 pulgadas, la resolución que puede objetivarse en la documentación no parece de buena calidad.
El diseño y los colores empleados en el equipo no permiten diferenciar claramente los pasos a seguir ni para qué sirve cada pulsador, 3 pulsadores. En la documentación aportada se indica que la puesta en marcha es automática al abrir la tapa.

Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias S. A. U.
GISPASA

Avda. Julian Claveria s/n
HUCA-Edif. Polivalente A
33006 Oviedo

T. 985 21 02 76
F. 985 21 07 64

correo@gispasa.info

Indican que el modelo AED-2152K es un desfibrilador externo automático con pantalla para la visualización de una curva de ECG y ayuda a RCP. En la descripción reseñan que es un desfibrilador semiautomático / Manual y en las características principales indican Desfibrilación semiautomática. No queda claro si es semiautomático, automático y no se indica en la documentación que permita utilizarse de modo manual.
No indican en la documentación presentada el tiempo que precisa el equipo desde que inicia el análisis hasta que indica la descarga.
No aportan en la documentación presentada información sobre la característica del equipo de tener un sellado de categoría al menos IP54 según la norma IEC60529 en vigor.
No cumple con la característica especificada en el PPT que indica que la capacidad de la batería debe permitir administrar al menos 300 choques a energía máxima o 12 horas de encendido continuado, indicando en la documentación que el equipo presentado dispone de capacidad de monitorización de ECG continuo hasta 60 minutos y capacidad de batería con carga máxima de más de 2 horas de monitorización continua o 70 descargas a 200 Julios.

DEXTRO MÉDICA	PHISIO CONTROL
187,50	**221,75**
25,00	**12,50**
212,50	**234,25**

Ambas empresas superan el umbral mínimo de 114 puntos.

2. A continuación se procedió a la apertura de los sobres n º 3 – PROPOSICIÓN TÉCNICA – ASPECTOS CUANTITATIVOS, de las licitadoras que continúan en el procedimiento de licitación, comunicando el Presidente de la Mesa que estos sobres serán valorados por la Comisión de Valoración.
3. Posteriormente se procede a la apertura de los sobre nº 4 OFERTA ECONÓMICA de las licitadores que continúan en el procedimiento. Las ofertas económicas son las siguientes:

Lote 01	
Licitador	**P. Oferta (€)**
HANS E RUTH S.A.	32.950,00 €
Hospital Hispania S.L.	43.250,00 €
TECNOMEDICA ASTUR S.L.	EXCLUIDA
Lote 02	
Licitador	**P. Oferta (€)**

Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias S. A. U.
GISPASA

Avda. Julian Claveria s/n
HUCA-Edif. Polivalente A
33006 Oviedo

T. 985 21 02 76
F. 985 21 07 64

correo@gispasa.info

GE Healthcare España S.A.	5.000,00 €
BEMASCE TECNICA S.L.	7.100,00 €
DRÄGER Medical Hispania S.A.	EXCLUIDA
Lote 03	
Licitador	**P. Oferta (€)**
LABOLISER, S.A.	5.000,00 €
TECNOMEDICA ASTUR S.L.	5.120,00 €
INSANEX S.L.	6.424,12 €
DEXTRO MEDICA S.L.	7.490,00 €
GE Healthcare España S.A.	8.700,00 €
DRÄGER Medical Hispania S.A.	9.750,00 €
PHILIPS Ibérica S.A.	EXCLUIDA
Lote 04	
Licitador	**P. Oferta (€)**
MEDICAL SOREVAN S.L.	EXCLUIDA
ZIMMER S.A.	EXCLUIDA
Lote 05	
Licitador	**P. Oferta (€)**
DRÄGER Medical Hispania S.A.	3.980,00 €
NORMOMEDIC S.L.	4.000,00 €
TECNOMEDICA ASTUR S.L.	4.000,00 €
Lote 06	
Licitador	**P. Oferta (€)**
GE Healthcare España S.A.	13.000,00 €
BEMASCE TECNICA S.L.	EXCLUIDA
DRÄGER Medical Hispania S.A.	EXCLUIDA
Lote 07	
Licitador	**P. Oferta (€)**
COVIDIEN SPAIN S.L.	EXCLUIDA
ASVAMEDIC S.L.L.	EXCLUIDA
Sistemas Integrales de Medicina S.A.	EXCLUIDA
SUMINISTROS MEDICO-QUIRURGICOS S.A.	EXCLUIDA
Lote 08	
Licitador	**P. Oferta (€)**
COVIDIEN SPAIN S.L.	EXCLUIDA
Olympus Iberia S.A.U.	EXCLUIDA

Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias S. A. U.
GISPASA

Avda. Julian Claveria s/n
HUCA-Edif. Polivalente A
33006 Oviedo

T. 985 21 02 76
F. 985 21 07 64

correo@gispasa.info

OPTILAB S.L.	EXCLUIDA
Lote 09	
Licitador	**P. Oferta (€)**
HANS E RUTH S.A.	5.942,00 €
Hospital Hispania S.L.	EXCLUIDA
ASMEDIC S.L.	EXCLUIDA
AB MEDICA S.A.	EXCLUIDA
Lote 10	
Licitador	**P. Oferta (€)**
ANTONIO MATACHANA S.A.	6.775,00 €
DRÄGER Medical Hispania S.A.	7.500,00 €
MAQUET Spain S.L.U.	8.100,00 €
HANS E RUTH S.A.	EXCLUIDA
ASVAMEDIC S.L.L.	EXCLUIDA
Lote 12	
Licitador	**P. Oferta (€)**
HANS E RUTH S.A.	2.955,00 €
NORMEDAN S.L.	4.005,00 €
Lote 13	
Licitador	**P. Oferta (€)**
SYNTHES-STRATEC S.A.	26.465,10 €
Stryker Iberia S.L.	45.660,00 €
SUMINISTROS MEDICO-QUIRURGICOS S.A.	59.990,00 €
ZIMMER S.A.	EXCLUIDA
Lote 14	
Licitador	**P. Oferta (€)**
GE Healthcare España S.A.	20.000,00 €
DEXTRO MEDICA S.L.	EXCLUIDA
Hospital Hispania S.L.	EXCLUIDA
Schiller España S.A.	EXCLUIDA
HANS E RUTH S.A.	EXCLUIDA
Lote 15	
Licitador	**P. Oferta (€)**
PHYSIO-CONTROL SPAIN SALES S.R.L.	85.248,59 €
DEXTRO MEDICA S.L.	85.800,00 €
OSATU, S COOP.	EXCLUIDA

Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias S. A. U.
GISPASA

Avda. Julian Claveria s/n
HUCA-Edif. Polivalente A
33006 Oviedo

T. 985 21 02 76
F. 985 21 07 64

correo@gispasa.info

NIHON KOHDEN IBERICA S.L	EXCLUIDA
AB MEDICA S.A.	EXCLUIDA
INSANEX S.L.	EXCLUIDA
BIOMED, S.A.	EXCLUIDA

4. Conforme lo dispuesto en el artículo 151.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la información acerca de las características de las proposiciones de los licitadores que han dado lugar a estas puntuaciones así como las que sean resultado de las valoraciones de los sobres 3 y 4 serán notificadas junto con la adjudicación del contrato.
5. Esta misma información fue facilitada a los licitadores presentes en el acto público así como se encuentra expuesto en el tablón de anuncios de GISPASA.
6. Los licitadores que han sido excluidos del procedimiento, no cumplen algún requisito mínimo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige el procedimiento. Conforme lo dispuesto en el artículo 151.4.b) de Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, las razones de las mismas serán comunicadas expresamente en la notificación de adjudicación.

Oviedo, a 10 de febrero de 2015
EL DIRECTOR GERENTE DE GISPASA

Alfonso De Carlos Muñoz

Firmado digitalmente por Alfonso De Carlos Muñoz
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, cn=Alfonso De Carlos Muñoz, email=slorenzo@gispasa.info, serialNumber=05403273K, sn=De Carlos Muñoz, givenName=Alfonso, 1.3.6.1.4.1.17326.30.3=A74099466, o=GISPASA, ou=SANIDAD, title=DIRECTOR GERENTE, 2.5.4.13=Qualified Certificate: CAM-PF-SW-KPSC
Fecha: 2015.02.10 17:41:55 +01'00'